

LNDD	ENREGISTREMENT	Code :	E-FCR-04B
		Version :	E
		Date :	29/05/2006
		Page :	1/1
FICHE D'ANALYSE / RESULTAT - CONFIRMATION SEMI-QUANTITATIVE T/E			

Paraphe : *E*

Echantillon : 178/07 995474 Dilution : 1/ 1

Ion de quantification Testo et Epitesto : 432 Ion de quantification SI : 301

Concentration de la référence 1 :	Testostérone:	30	Epitestostérone :	5	T/E théorique : 6
Concentration de la référence 2 :	Testostérone:	180	Epitestostérone :	30	T/E théorique : 6
Concentration de la référence 3 :	Testostérone:	360	Epitestostérone :	60	T/E théorique : 6

Fichier	Surface du SI	Surface Testostérone	Surface Epitestostérone
REF1 REF1TE	4680010	1359912	181309
REF2 REF2TE	4212735	7964015	1100720
REF3 REF3TE	5428625	21495301	3350917
17807474	1397296	2621497	244818

RESULTAT DE L'ECHANTILLON

	Concentration Testostérone	Concentration Epitestostérone	Rapport T/E en surface
Valeur obtenue	172,0 ng/mL	17,6 ng/mL	
Valeur finale	172,0 ng/mL	17,6 ng/mL	10,7

Partie à remplir par le responsable

Seuil de déclaration du rapport T/E (en surface) : 4

Incertitude (liée à la méthode) pour le rapport T/E : *30%* pour l'Epitestostérone : *30%* pour la Testostérone : *20%*.

Valeur basse du rapport T/E : *7.5* Résultat : Anormal :

Valeur haute du rapport T/E : *13.9* Inclassable :

Négatif :

Correction des concentrations en Testostérone et Epitestostérone par la densité (cf doc E-INC-03) :

Densité affichée	<i>1.025</i>
Numéro du réfractomètre	<i>2</i>
Densité corrigée :	<i>1.025</i>
Facteur de correction	<i>0.76</i>
Concentration corrigée de Testostérone	<i>127</i>
Concentration corrigée d'Epitestostérone	<i>13</i>

PARAPHE

E

Ecart n° :

Cet enregistrement est à archiver dans le dossier de confirmation